

Data de Publicação: 23/06/2021 13:34

Identificação Conta	
Cliente: MEGA PLASTICOS BRASIL LTDA	CNPJ/CPF: 09.247.055/0001-75
Endereço: Ruta Internacional PY n°2, Km. 22. Lado Acaray - CEP: 101.113 - Paraguay	
Telefone: (45) 3522-2542	

N° Amostra: 10602-1/2021.0 - MEGA MEDICAL MÁSCARAS	
Tipo de Amostra: Náotecido para artigos de uso odontomédico-hospitalar	
Data Recebimento: 02/06/2021 13:30	
Lote: 21/0325	Data de Fabricação : 10/05/2021
Data de Validade: 10/05/2024	

Resultados Analíticos

MICROBIOLOGIA						
Análise	Resultado	Especificação	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Determinação da eficiência de filtragem bacteriana	99,4 %	Maior ou igual a 95 %	-	(95.3;103.7)	NBR 14873:2002 (modificada)	09/06/2021

Especificações
ABNT NBR 15052:2004 e RDC ANVISA N° 356/ RDC ANVISA N° 379 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar

Interpretações
Amostra em conformidade (BFE \geq 95%) com a ABNT NBR 15052:2004 e requisitos da RDC ANVISA n° 356, de 23.03.2020, alterada pela RDC ANVISA n° 379, de 30.04.2020 - Requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde.

Notas
<p>O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s). Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab. As informações referentes à caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra. Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0686. Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.</p> <p>- A(s) amostra(s) recebida(s) estava(m) acondicionada(s) adequadamente, sem sinais de violação, deterioração, fechada(s) e integra(s) sem comprometer a qualidade dos ensaios realizados. - Para regra de decisão da conclusão o laboratório não utiliza a incerteza de medição na avaliação da conformidade.</p> <p>Legendas NA: Não se aplica. LQ: Limite de Quantificação. VMP: Valor Máximo Permitido.</p> <p>As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília</p>


Bárbara de Luca
Supervisora Microbiologia
CRBIO/SP 109931/01-D
Barbara de Luca
Responsável pela publicação da amostra

Chave de Validação: db24478d842c416ca06e5879031a754b

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.